madita-fun mini.

Mode d'emploi.

madita-fun mini. La chaise thérapeutique pour les premiers soins.

schuchmann®

Merci beaucoup.

Chère cliente, cher client,
nous souhaitons tout d'abord vous remercier d'avoir acheté notre produit et, ce faisant, de la confiance que vous nous accordez. Avant la première mise en service du produit, nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et d'en tenir compte. Veuillez noter que, selon l'équipement, les remarques et les figures de ce mode d'emploi peuvent différer de votre produit. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques.

Information importante !
Veillez à ce que le présent mode d'emploi se trouve toujours sur le produit.

L'équipe **schuchmann**

Content.

1. Préparation. 05
1.1 Livraison 05
1.2 Mesures de sécurité avant l'utilisation 05
1.3 Conseil de recyclage 05
1.3.1 Emballage 05
1.3.2 Produit 05
1.4 Conservation du mode d'emploi 06
2. Description du produit. 06
2.1 Informations relatives aux matériaux 06
2.2 Maniement / Transport 06
2.3 Champs d'application, utilisation conforme 06
2.3.1 Indications 06
2.3.2 Contre-indications 07
2.4 Utilisation non conforme/avertissements 07
2.5 Équipement du modèle de base 07
2.6 Liste des accessoires 08
2.7 Vue d'ensemble du produit 08
3. Réglages. 09
3.1 Hauteur de l'assise 09
3.2 Inclinaison de l'assise 09
3.3 Profondeur de l'assise 10
3.4 Inclinaison du dossier 10
3.5 Hauteur du dossier 10
3.6 Dossier à cales pour bras intégrées 10
3.7 Accoudoirs 11
3.8 Repose-pieds 11
3.9 Roulettes 12
4. Accessoires. 12
4.1 Appui-tête 12
4.2 Pelotes thoraciques pour dossier standard 13
4.3 Pelotes thoraciques pour dossier à cales pour bras intégrées 13
4.4 Pelotes de bassin 14
4.5 Siège adapté à la dysplasie 15
4.6 Cales pour jambes intérieures 15
4.7 Tablette thérapeutique 16
5. Entretien et nettoyage. 16
5.1 Nettoyage et désinfection 16
5.1.1 Nettoyage 16
5.1.2 Désinfection 17
5.2 Entretien 17
5.3 Maintenance 17
5.3.1 Consignes de maintenance 17
5.3.2 Plan de maintenance 18
5.4 Pièces de rechange 19
5.5 Durée d'utilisation et réutilisation 19

Content.

6. Caractéristiques techniques. 20
7. Garantie. 21
8. Identification. 22
8.1 Déclaration de conformité UE 22
8.2 Numéro de série / Date de fabrication 23
8.3 Version du produit 23
8.4 Version du document 23
8.5 Nom et adresse du fabricant, revendeur 23

1. Préparation.

1.1 Livraison

Dès la réception de votre produit, veuillez vérifier qu'il est complet, ne comporte aucun vice et n'a subi aucun dommage pendant le transport. Vérifiez la marchandise en présence de la personne qui vous la remet. En cas de dommages dus au transport, veuillez établir une liste exacte (constatation des dommages) en présence de la personne qui vous a remis le produit. Envoyez ensuite une réclamation écrite au revendeur correspondant.

1.2 Mesures de sécurité avant l'utilisation

L'utilisation correcte du produit, nécessite une initiation précise et méticuleuse de l'utilisateur, voire de l'accompagnateur. Avant la première mise en service du produit, nous vous prions de lire attentivement le présent mode d'emploi et d'en tenir compte. Il est possible que des parties du produit pouvant entrer en contact avec la peau chauffent sous l'effet des rayons solaires. En fonction de la durée et de l'intensité des rayons du soleil, la temperature des surfaces des différentes pièces peut dépasser 41°C et provoquer ainsi de légères brûlures en cas de contact direct avec la peau. Par conséquent, couvrez ces zones ou protégez l'appareil de la lumière directe du soleil.

1.3 Conseil de recyclage

Dans le souci de préserver et de protéger l'environnement, de prévenir la pollution de l'environnement et d'améliorer le recyclage des matières premières, veuillez tenir compte des remarques concernant le recyclage aux **points 1.3.1** et **1.3.2.**

1.3.1 Emballage

Il est conseillé de conserver l'emballage du produit pour tout transport ultérieur éventuellement nécessaire. Si vous devez nous renvoyer votre produit pour réparation ou dans le cadre de la garantie, veuillez utiliser si possible le carton d'origine afin que le produit soit parfaitement emballé. Veuillez recycler les autres matériaux d'emballage en fonction de leur nature.

⚠ **Ne laissez jamais les matériaux d'emballage sans surveillance, ils sont une source possible de danger.**

1.3.2 Produit

Une fois le cycle de vie du produit écoulé, veuillez apporter les matières premières utilisées pour le produit au recyclage en les triant selon leur nature (voir **point 2.1** Informations relatives aux matériaux).

1. Préparation.

1.4 Conservation du mode d'emploi

Conservez soigneusement le mode d'emploi et remettez-le avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers. En cas de perte du mode d'emploi, une version actuelle à télécharger est disponible à tout moment sur www.schuchmann.de.

2. Description du produit.

2.1 Informations relatives aux matériaux

Le châssis et chacun des éléments sont fabriqués en acier et en aluminium, et bénéficient d'un traitement anti-corrosion et d'un thermolaquage. Composées à 100 % de polyester, les housses sont difficilement inflammables (selon DIN EN 1021-1+2).

2.2 Maniement / Transport

Étant équipée de roues, la chaise thérapeutique n'est pas conçue pour être portée. Si la présence d'obstacles oblige à le porter, veuillez vous assurer que tous les éléments mobiles sont solidement fixés. Placez-vous ensuite à côté de la chaise thérapeutique, saisissez-la par devant et par derrière en-dessous du siège et portez-la à l'endroit souhaité. Pour transporter la chaise thérapeutique, ramenez tous les réglages aux dimensions les plus compactes (rabattre le repose-pieds, placer le siège dans sa position la plus basse etc.)

2.3 Champs d'application, utilisation conforme

La chaise thérapeutique **madita-fun mini.** est un produit médical de la classe risque 1 qui a été conçu pour les premier soins donnés aux enfants et pour l'utilisation à la maison. Les dimensions réglables individuellement du siège et des pelotes de maintien permettent d'obtenir une position assise stable et verticale. Un usage différent ou excessif est considéré comme non conforme à sa destination.

2.3.1 Indications

La chaise thérapeutique **madita-fun mini.** est conçue pour les enfants qui ne peuvent pas rester assis ou debout sans soutien, mais dont la position limitée du tronc ne nécessite pas en permanence une coque d'assise. À leur nombre comptent entre autres une déficience de la position assise en présence de lésions fonctionnelles et/ou structurelles du tronc ou de la musculature du tronc et, le cas échéant, du cou (p.ex. maladies neurologiques/neuromusculaires, déformation de la colonne vertébrale) entraînant une mauvaise posture.

2.3.2 Contre-indications

En général, l'indication doit faire l'objet d'un accompagnement médico-orthopédique. Avant tout appareillage, s'assurer qu'il existe pas de contre-indications pour l'utilisateur. En principe, toute forme de douleur constitue une contre-indication.

2.4 Utilisation non conforme/avertissements

- Veillez à ce que la chaise thérapeutique ne soit utilisée que par un seul utilisateur.
- N'utilisez la chaise thérapeutique que sur un sol plan et stable.
- N'utilisez pas la chaise thérapeutique pour transporter des personnes.
- Afin de soulever en toute sécurité la chaise thérapeutique lors de son transport, placez-vous sur le côté de la chaise thérapeutique et saisissez l'avant et l'arrière du siège. Veillez à ce que toutes les pièces mobiles soient bien fixées.
- Ne laissez jamais l'utilisateur assis sur la chaise thérapeutique sans surveillance.
- L'utilisation correcte de la chaise thérapeutique nécessite une initiation précise et détaillée de l'accompagnateur.
- Il est interdit de dépasser la charge maximale (voir **point 6**).
- N'utilisez pas la chaise thérapeutique si des pièces sont défectueuses, usées ou manquantes.
- Conformément à la protection contre les incendies, la chaise thérapeutique ne doit pas être placée à proximité d'une flamme nue ou de toute autre source de chaleur intense, telle radiateur électrique ou à gaz.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces détachées de la société Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la sécurité de l'utilisateur.
- Utilisez la chaise thérapeutique uniquement si toutes les pièces sont correctement montées et ajustées.
- Lors de tous réglages ou modifications, veiller à ce que les extrémités de l'opérateur ou de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits à régler/modifier afin de minimiser le risque d'accidents.
- Les utilisateurs malvoyants ou ayant des difficultés à lire sont priés de se faire lire le mode d'emploi afin de pouvoir manier la chaise thérapeutique en toute sécurité.

2.5 Équipement du modèle de base

- y compris accoudoirs, repose-pieds avec rembourrage, poignée de poussée de forme ergonomique, rembourrage assise standard avec housse, 4 roulettes (75 mm), dont 2 avec bloqueurs
- Hauteur de l'assise réglable à l'aide d'un vérin à gaz (800N)
- Couleur du cadre : Télégris 4 (blanc-gris)
- Réglages possibles : inclinaison de l'assise (vérin à gaz 250N), inclinaison du dossier, profondeur et largeur de l'assise, angle, hauteur et largeur des accoudoirs, hauteur du dossier, angle des genoux et hauteur du repose-pieds

2. Description du produit.

2.6 Liste des accessoires

- Dossier standard
- Dossier avec
- cales pour bras intégrées
- Pelotes thoraciques, longues (guidage du tronc)
- Pelotes thoraciques
- Rembourrage siège avec cale pour jambe anatomique
- Siège adapté à la dysplasie
- Pelotes de bassin
- Cales pour jambes intérieures
- Revêtement spécial incontinence sur l'assise
- Appui-tête standard (rembourré et réglable en hauteur)
- Appui-tête (rembourré, réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison)
- Tablette thérapeutique en bois
- Coussin d'appui sur tablette
- Kit de montage de fixations pour l'assise/le dossier
- Harnais
- Bavoir
- Culotte abdominale en T
- Ceinture pelvienne
- Ceinture pelvienne 4 points

2.7 Vue d'ensemble du produit

L'illustration suivante présente les dénominations des pièces essentielles du produit ainsi que les termes que vous pourrez rencontrer lors de la lecture de ce mode d'emploi.

3. Réglages.

Seules des personnes ayant suivi une initiation adéquate par un consultant en dispositifs médicaux sont autorisées à effectuer des réglages et des modifications sur le produit ou les accessoires. Ce faisant, veiller lors de tous réglages ou modifications à ce que les extrémités de l'opérateur ou de l'utilisateur ne se trouvent pas aux endroits à régler/modifier afin de minimiser le risque d'accidents. Tous les réglages peuvent être effectués avec des outils disponibles dans le commerce (par exemple, une clé Allen, un tournevis ou une clé à molette).

3.1 Hauteur de l'assise

Le réglage de la hauteur de l'assise s'effectue à l'aide du vérin à gaz. Pour élever l'assise, actionnez la pédale (**A**) située sur le châssis. En appuyant légèrement, l'unité de l'assise glisse vers le haut. Pour abaisser l'assise, appuyez sur le dessus tout en actionnant la pédale. Le vérin à gaz est conçu uniquement pour vous aider à régler la hauteur. Vous pouvez bloquer la pédale à l'aide de la goupille de tension (**B**) (située sur la face intérieure de la pédale) pour éviter toute utilisation inopinée.



À cet effet, tournez la goupille de tension jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le cas échéant, déplacez légèrement la pédale pour faciliter l'enclenchement de la goupille de tension. Pour débloquer la pédale, retirez la goupille de tension et tournez-la d'un quart de tour.

⚠ **Pendant le réglage/la modification de la hauteur de l'assise, veillez à ce qu'aucun membre du corps (pieds) ne se trouve dans la zone du mécanisme de réglage/de modification (entre le sol et le repose-pied de la chaise thérapeutique) afin d'éviter toute blessure.**

3.2 Inclinaison de l'assise

La poignée de déclenchement (**C**) du réglage d'inclinaison du siège est montée sur la poignée de poussée. Pour régler l'inclinaison du siège, actionnez la poignée de déclenchement (**C**).

3. Réglages.

3.3 Profondeur de l'assise

Pour régler la profondeur de l'assise, desserrez les deux vis à ailettes (**A**) placées sous le siège. La surface de l'assise peut, ensuite, être déplacée en continu vers l'avant ou l'arrière.

⚠ **Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !**

3.4 Inclinaison du dossier

L'inclinaison du dossier se règle une fois la poignée étoile (**B**) située à droite de l'assise desserrée.

⚠ **Pendant le réglage/la modification de l'inclinaison du dossier, veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve à proximité du mécanisme de réglage/de modification afin d'éviter toute blessure.**

3.5 Hauteur du dossier

Desserrez les vis (**C**) situées à l'arrière de la chaise thérapeutique et placez le dossier à la hauteur souhaitée.

3.6 Dossier à cales pour bras intégrées

Le dossier à cales pour bras intégrées est équipé en série d'un rembourrage, d'une housse et de petites cales rembourrées (env. 3 cm). Les cales rembourrées permettent de former un creux dans la partie inférieure du tronc afin d'obtenir le meilleur positionnement possible du tronc. Pour modifier la forme du creux, détachez le rembourrage du dossier et ouvrez la glissière située à l'arrière. Mettez maintenant les cales rembourrées dans la position souhaitée, fermez la glissière et remettez le rembourrage sur le dossier.

3. Réglages.

3.7 Accoudoirs

Les accoudoirs peuvent être réglés en inclinaison, en hauteur et en largeur. Le réglage de l'inclinaison s'effectue après le desserrage de la poignée en étoile (**A**). La hauteur se règle en desserrant la poignée en étoile (**B**).



Pour régler la largeur, desserrez les deux vis sans tête (**C**) situées en-dessous du siège.



⚠ **Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !**

3.8 Repose-pieds

Le repose-pieds permet de réglage de la hauteur et de l'inclinaison des genoux. Pour régler la hauteur, desserrez la vis (**D**) et mettez le repose-pieds dans la position souhaitée. Pour régler l'angle des genoux, desserrez l'attache rapide (**E**) en-dessous du siège. Vous pouvez maintenant mettre incliner les genoux dans la position souhaitée.

⚠ **Resserrez fermement toutes les vis après chaque réglage !**



3. Réglages.

3.9 Roulettes

Afin d'éviter tout déplacement inopiné de la chaise thérapeutique, toujours la bloquer à l'aide des freins des 2 roulettes arrière. À cet effet, appuyez avec la pointe de votre pied sur les freins (**A**) pour les abaisser.

⚠ **Les freins servent uniquement à empêcher tout déplacement inopiné sur les sols plans !**

4. Accessoires.

4.1 Appui-tête

L'appui-tête est disponible en deux variantes. Pour régler la hauteur de la première variante, desserrez les deux vis à tête cylindrique à six pans creux (**B**) et placez l'appui-tête dans la position souhaitée. Pour régler la hauteur, la profondeur et l'inclinaison de la deuxième variante, desserrez les vis (**C**) et placez l'appui-tête dans la position souhaitée.





4. Accessoires.

4.2 Pelotes thoraciques pour dossier standard

Les pelotes thoraciques sont disponibles dans les variantes normale et longue (avec cale thoracique). Les deux variantes sont réglables individuellement en hauteur et en largeur. Retirez la housse rembourrée à l'arrière du dossier et desserrez les deux vis à tête cylindrique à six pans creux (**A**). Placez les pelotes thoraciques dans la position souhaitée et resserrez les vis. Replacez ensuite la housse rembourrée à l'arrière du dossier.

4.3 Pelotes thoraciques pour dossier à cales pour bras intégrées

Les pelotes thoraciques sont disponibles dans les variantes normale et longue (avec cale thoracique). Les deux variantes sont réglables individuellement en hauteur et en largeur.

Réglage en hauteur

Ouvrez les glissières à l'avant du rembourrage du dossier et retirez la housse à l'arrière du dossier. Desserrez ensuite les deux vis à tête cylindrique à six pans creux (**B**) et placez la pelote thoracique à la hauteur souhaitée. Resserrez les vis, replacez le rembourrage de la housse à l'arrière du dossier et fermez les glissières.



Réglage en largeur

Tirez le tissu situé à l'avant de la pelote thoracique sur les côtés. Desserrez les vis (**C**) qui se trouvent en-dessous et réglez les pelotes thoraciques à la largeur souhaitée. Resserrez les vis et recouvrez les vis avec le tissu de la housse.



4. Accessoires.

4.4 Pelotes de bassin

Les rembourrages des pelotes de bassin sont réglables individuellement en largeur, profondeur et inclinaison.

Pour régler la largeur, la profondeur et l'inclinaison, desserrez la vis à tête cylindrique à six pans creux (**A**) située en-dessous de l'assise et placez les pelotes de bassin dans la position souhaitée.

Pour un réglable supplémentaire en profondeur, ouvrez les bandes auto-agrippantes (**B**) et desserrez les 2 vis à tête bombée à six pans creux (**C**). Placez le rembourrage dans la position souhaitée et resserrez les vis. Refermez les bandes auto-agrippantes.

Resserrez fermement les vis après chaque réglage !



4. Accessoires.

4.5 Siège adapté à la dysplasie

Le siège adapté à la dysplasie permet l'abduction médicalement nécessaire des cuisses. Pour régler les cales pour jambes, desserrez les vis à tête cylindrique à six pans creux (**A**) situées en-dessous de la tôle du siège. La rondelle de blocage se desserre, permettant de déplacer l'angle d'inclinaison des cales intérieures et extérieures. Pour obtenir un réglage en inclinaison égal des deux jambes, la rondelle de blocage supérieure présente une graduation (**B**) de 0° à 30° de chaque côté. Poussez les cales pour jambes dans la position souhaitée. La résistance de la rondelle de blocage vous permet le contrôle visuel du réglage, même en état desserré. Ensuite, resserrez les vis.



4.6 Cales pour jambes intérieures

Pour régler les cales pour jambes, desserrez les vis à tête cylindrique à six pans creux (**C**) situées en-dessous de la tôle du siège. La rondelle de blocage se desserre permettant de déplacer l'angle d'inclinaison des cales intérieures. Pour obtenir un réglage en inclinaison égal des deux jambes, la rondelle de blocage supérieure présente une graduation de 0° à 30° de chaque côté. Poussez les cales pour jambes dans la position souhaitée. La résistance de la rondelle de blocage vous permet le contrôle visuel du réglage, même en état desserré. Ensuite, resserrez les vis.

Resserrez fermement les vis après chaque réglage !

4. Accessoires.

4.7 Tablette thérapeutique

La tablette thérapeutique (**A**) s'enclenche par devant dans son support situé sur la chaise thérapeutique, elle est réglable en hauteur et en profondeur. Pour fixer la tablette thérapeutique, serrez fermement la vis à ailettes (**B**). Pour le réglage de la profondeur, desserrez la vis à ailettes et placez la tablette dans la position souhaitée. Ce faisant, veillez à ce que le tube de réglage en profondeur (**C**) soit introduit jusqu'au bout dans le support de la tablette situé sur le porteur de l'accoudoir. Réglez la hauteur en modifiant la position des accoudoirs (voir **point 3.7**).





5. Entretien et nettoyage.

5.1 Nettoyage et désinfection

5.1.1 Nettoyage

Nettoyez régulièrement toutes les pièces du cadre avec une éponge ou un chiffon humide, les gouttes d'eau doivent notamment être écartées. En cas d'encrassement important, laver avec un nettoyant ménager doux. Il est important de bien sécher les parties nettoyées.



Alle Stoffe, die nicht abgenommen werden können, können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Pour tous les tissus amovibles, veuillez consulter les étiquettes d'entretien cousues dans les coutures (comme p.ex. **A**+**B**) sur l'élément correspondant.

Veuillez tenir compte de nos consignes générales de nettoyage et d'hygiène. Vous les trouverez sur **www.schuchmann.de/mediathek**.

5. Entretien et nettoyage.

5.1.2 Désinfection

Pour la désinfection des surfaces en métal et en plastique, différents produits sont utilisables.
Les produits désinfectants liquides existent sous forme de solution à vaporiser et à essuyer en la répartissant uniformément avec un chiffon doux. En alternative, des chiffons imprégnés de produit désinfectant sont également utilisables pour essuyer toute la surface des appareils. Dans les deux cas, le chiffon et l'appareil doivent être entièrement humidifiés. La désinfection dans un dispositif de désinfection automatique est également possible et même recommandable.
Les temps d'action pouvant varier, ils sont à consulter dans les instructions du fabricant des produits utilisés.

5.2 Entretien

Effectuez un contrôle visuel quotidien et vérifiez régulièrement que le châssis ne comporte aucune fissure, aucune rupture et ne présente aucun dysfonctionnement. Vérifiez qu'aucune pièce ne manque. En cas de défaut ou de dysfonctionnement, veuillez vous adresser directement à votre revendeur (voir **point 8.5**).

5.3 Maintenance

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur et le maintien de la validité de la garantie sur le produit, une maintenance est à exécuter au moins une fois par an par le revendeur spécialisé (voir **point 8.5**). Les maintenances effectuées sont à enregistrer dans le plan de maintenance (voir **point 5.3.2**).

5.3.1 Consignes de maintenance

- Nettoyage à fond selon les instructions du fabricant (voir **point 5.1.1**)
- Le cas échéant, désinfection selon les instructions du fabricant (voir **point 5.1.2**)
- Détériorations du cadre, des pièces rapportées et des accessoires (fissures, cassures, corrosion, pièces tordues ou manquantes)
- Solidité des raccords (resserrer les vis desserrées, remplacer les vis manquantes)
- Fonctionnement des éléments de réglage (vis, leviers de déclenchement, pédale)
- Fonctionnement d'autres éléments de réglage (dossier, appui-tête, pelotes, accoudoirs, cale-pieds, tablette et guidages des jambes)
- Fonctionnement des vérins à gaz (le cas échéant, réajustement des câbles Bowden)
- Fonctionnement des éléments de sécurité (dispositif anti-bascule)
- Montage correct du siège
- Fonctionnement des freins

5. Entretien et nettoyage.

- Fonctionnement des roulettes (concentricité, facilité de rotation)
- Contrôle de l'absence de détériorations sur les fixations (dispositifs de blocage, fermetures, coutures)
- Contrôle de l'absence de détériorations sur les rembourrages et les housses
- Lisibilité de la plaque signalétique
- Contrôle final complet du fonctionnement de l'aide technique
- Contrôle de la fixation correcte de toutes les pièces rapportées et des accessoires associés

5.3.2 Plan de maintenance

Les consignes de maintenance du fabricant ont été suivies (voir **point 5.3.1**) :

Date	Entreprise	Nom	Signature

Les défauts ou détériorations constatés doivent être réparés par le revendeur spécialisé ou le fabricant avant la réutilisation.

5. Entretien et nettoyage.

5.4 Pièces de rechange

Utilisez uniquement des accessoires originaux et des pièces détachées originales de la société Schuchmann afin de ne pas mettre en danger la sécurité de l'utilisateur, faute de quoi la garantie perd sa validité.
Pour commander des pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en indiquant le numéro de série du produit (voir **point 8.5**). Seul un personnel formé à cet effet est autorisé à monter les pièces détachées et les accessoires requis.

5.5 Durée d'utilisation et réutilisation

La durée d'utilisation prévue pour notre produit est de « 8 » ans maximum, en fonction de l'intensité d'utilisation, du nombre de réutilisations et du respect des consignes du présent mode d'emploi. Le produit peut être utilisé au-delà de cette période si son état est fiable. La durée d'utilisation prévue ne concerne pas les pièces d'usure, telles les roulettes, les vérins à gaz, ... L'entretien et l'estimation de l'état et de l'aptitude éventuelle du produit à être réutilisé incombent au revendeur.
Ce produit est conçu pour être réutilisé. Avant de le céder à un tiers, veuillez le nettoyer et le désinfecter selon les consignes du **point 5.1**. Les documents d'accompagnement, comme p. ex. le présent mode d'emploi, sont des composants du produit et doivent être remis au nouvel utilisateur. La réutilisation ne prévoit pas de démontage préalable. En cas d'entreposage, il est recommandé de plier le produit à ses dimensions les plus compactes pour économiser de la place.

⚠ **Si un incident grave se produit dans le cadre du cycle de vie du produit alors qu'il est utilisé conformément à sa destination, cet incident devra être signalé immédiatement au fabricant et aux autorités compétentes.**

6. Caractéristiques techniques.

Dimensions



		Dimensions
A	Profondeur de l'assise	12 - 19 cm
B	Largeur assise	14 - 22 cm
C	Hauteur dossier avec dossier court	28 - 33 cm
C	Hauteur dossier avec dossier long	30 - 35 cm
D	Hauteur de l'assise	25 - 62 cm
E	Longueur mollet	12 - 22 cm
F	Largeur totale	52 cm
G	Longueur châssis	58 cm
	Inclinaison de l'assise	(-)5° - 37° / 0° - 42°
	Inclinaison dossier	(-)5° - 25°
	Charge max	20 kg
	Poids	16 kg

7. Garantie.

Le délai de garantie légal de deux ans s'applique à tous les produits. Ce délai commence à la livraison ou à la remise du produit. Si, au cours de cette période, un vice de matériau ou de fabrication prouvé est constaté sur la marchandise que nous avons livrée, retournez-nous la marchandise franco de port. Nous vérifierons le dommage signalé et nous déciderons de le réparer ou, le cas échéant, de livrer un nouveau produit gratuitement.

8. Identification.

8.1 Déclaration de conformité UE

schuchmann

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity CE

Firma / *Company* Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / *Germany*
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

„**madita-fun mini.**" Therapiestuhl / *therapy chair*

Art.-Nr. / *Item-No.:* 31 00 000

Basis UDI-DI / *Basic UDI-DI:* 425104020000400031OXXXX8S

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht:
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Medical devices - Application of risk management to medical devices

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und ist gültig bis zum 31.12.2023.

This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers and is valid until 31.12.2023.

Datum / *Date:* 01.04.2020

Unterschrift / *Sign:* T. Schuchmann

Name / *Name:* Torsten Schuchmann

Funktion / *Function:* Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / *Safety officer for medical devices*

Datei: Konformitätserklärung madita-fun mini Stand: Rev. 1.0 Seite: 1

8. Identification.

8.2 Numéro de série / Date de fabrication

Le numéro de série, la date de fabrication ainsi que d'autres informations sont indiqués sur la plaque signalétique qui se trouve sur chaque produit (**A**).



8.3 Version du produit

La chaise thérapeutique **madita-fun mini.** est disponible en trois tailles différentes et peut être complétée par de nombreux accessoires (voir **point 2.6**).

8.4 Version du document

Mode d'emploi **madita fun mini.** - Statut de modification E ; version 04.2021

8.5 Nom et adresse du fabricant, revendeur

Ce produit a été fabriqué par :

Schuchmann GmbH & Co. KG
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Allemagne
Tél. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Ce produit a été livré par le revendeur suivant :